文書番号 CSD-0031A-A
2009 年 2 月 23 日

口唇閉鎖力データ解析ソフトアップデートの手順

口唇閉鎖力データ解析ソフトをアップデートしてバージョン 1.4.0 にしました。
バージョン番号 1.210 または 1.2.1 以前のソフトをお持ちの方は以下の手順でインストールを行ないアップデートを行って頂きますようお願い申し上げます。

手順 1:アップデータ用のファイルをダウンロードします。

(1)ホームページより「バージョンアップ実行ファイル」をダウンロードします。
(2) ダウンロードの時、保存場所を聞いてきますので保存する場所を指定して[保存]ボタンを押します。
(3) ダウンロードが始まり指定の場所に Update140.exe というファイルがダウンロードされます。

手順 2:インストール(アップデート)します

(1) ダウンロードした Update140.exe (または Update140)というファイルをダブルクリックします。
右のような画面が出てきます。
(2) インストール先について、通常はこのままにしておきます。
(3) OK ボタンを押しますとアップデートは終了します。

(注)
データ解析ソフトを特定のフォルダにインストールしている方は[参照]からそのフォルダを指定してください。

手順 3:動作確認

口唇閉鎖力データ解析ソフトをスタートさせてください。
スタート直後の数秒間右の表示がします。この中にバージョン番号が書かれています。
「バージョン 1.4.0」になっていればアップデートは正しく行なわれました。

手順 4:取扱説明書(新バージョンマニュアル)

今回のアップデートでは内容が一新され、大変使い易い解析ソフトになりました。バージョン 1.4.0 の取扱説明書(マニュアル)を PDF ファイルで用意しました。ホームページよりダウンロードしてご利用下さい。

今回の改訂内容

- 画面遷移の追加と変更。
- 制限事項(患者一人のピーク値保存数最大 200)の変更
- メニュー画面での「作業フォルダ」表示と「フォルダ変更」ボタンの追加。それに伴い作業フォルダ変更画面追加。
- 検索・登録画面及び検索画面に「登録日」の入力欄と「患者リスト」ボタンの追加。それに伴い、患者リスト画面を追加。
- データ表画面に測定値データの削除機能及び直接測定画面へ移行できる機能を追加。
- データ表画面の測定値データリストの表示枠を 200 件まで表示可能に変更。
- 測定値解析画面に「グラフ重書き」機能を追加。
- ピーク値解析画面に、グラフ X 軸のスケール変更機能を追加。
- ピーク値解析画面に、グラフデータ表示機能を追加。
- 作業フォルダのパスを保存しておくファイル(work.ini)を追加。

以上